

Tekstil Makina ve Malzemeleri Arařtırma Laboratuvarı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Gümüşsuyu Kampüsü, 34437 İstanbul

Tel: 0212.293 1300/2534 Faks: 0212 245 0360

e-mail: alikilic@itu.edu.tr URL: <http://www.temag.itu.edu.tr>



ÜRÜN DEĞERLENDİRME RAPORU PRODUCT VALIDATION REPORT	Belge Tarih /Document Date	17.02.2021
	Belge No / Document Number	T539
	Company / Firma	ANT Maske
	Contact / İletişim	

Test Standard: NaCl, 0.3 µm, 15.83 cm/sn, 95 l/dk

Cihaz/Equipment: TSI 8130^a

1. Numune- 1

BASINÇ / PRESSURE (Pa)	307
PARÇACIK TUTUŞ VERİMİ / PFE (%)	99,761

Hazırlayan/Prepared by

Kontrol/Checked by